



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
КОМИССИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ АЭРОДРОМОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

INTERSTATE AVIATION COMMITTEE
COMMISSION FOR AERODROME AND EQUIPMENT CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ ТИПА

TYPE CERTIFICATE

№ 624

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
THIS CERTIFICATE IS ISSUED TO

Открытому акционерному обществу «ЛОМО»,
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 20
"LOMO" Open JSC, 20 Chugunnaya St., St. Petersburg, 194044, Russia

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ТИПОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
AND CERTIFIES THAT THE TYPE DESIGN OF

Измерителя дальности видимости ФИ-4 ИКСЮ.416141.003 с измерительными базами
35 м и 100 м в составе:

- блока фотометрического ИКСЮ.41618.009 со специальным программным обеспечением «Программа БФ ФИ-4» СБПЕ.02030-00;
- блока отражательного ИКСЮ.203615.014;
- блока управления МЕСП.421457.001-03 со специальным программным обеспечением «Программа БУ ФИ-4» РОФ.МЕСП.00024-01

ФИ-4 ИКСЮ.416141.003 visibility range meter with 35 m and 100 m measuring models, including:

- ИКСЮ.41618.009 photometric unit with «Программа БФ ФИ-4» СБПЕ.02030-00 special software;
- ИКСЮ.203615.014 reflector unit;
- МЕСП.421457.001-03 control unit with «Программа БУ ФИ-4» РОФ.МЕСП.00024-01 special software

СООТВЕТСТВУЕТ СЕРТИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.
COMPLIES WITH THE CERTIFICATION REQUIREMENTS.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО СЕРТИФИКАТА СОДЕРЖАТСЯ В
ПРИЛОЖЕНИИ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ СЕРТИФИКАТА.
CERTIFICATE LIMITATIONS ARE CONTAINED IN APPENDIX 2 FORMING THE INTEGRAL PART OF THIS
CERTIFICATE.

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
THE QUANTITY PRODUCTION AT:

Открытое акционерное общество «ЛОМО»,
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 20.
"LOMO" Open JSC, 20 Chugunnaya St., St. Petersburg, 194044, Russia.

29.05.2014
МОСКВА
MOSCOW



А.В. Абрамчев
Председатель
Комиссии МАК
A.V. Abramchev
Chairman
of the IAC Commission

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА ТИПА № 624 TYPE CERTIFICATE LIMITATIONS

1. ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЭКЗЕМПЛЯРЫ
TYPE CERTIFICATE DOES NOT COVER THE EQUIPMENT SAMPLES OF

Измерителя дальности видимости ФИ-4 ИКШЮ.416141.003 с измерительными базами
35 и 100 м,
The ФИ-4 ИКШЮ.416141.003 visibility range meter with 35 m and 100 m measuring models

НЕ ИДЕНТИЧНЫЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ТИПОВОЙ КОНСТРУКЦИИ.
IF NOT CONFORMING TO THE APPROVED TYPE DESIGN.

2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОДЕРЖАТ
MANDATORY OPERATING LIMITATIONS AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS ARE CONTAINED
IN THE FOLLOWING:

эксплуатационные документы, перечисленные в Ведомости ИКШЮ.416141.003ВЭ.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
SPECIFIC LIMITATIONS:

- измеритель дальности видимости ФИ-4 ИКШЮ.416141.003 с измерительной базой
100 м может использоваться для измерения метеорологической дальности
видимости не менее 45 м.
- ФИ-4 ИКШЮ.416141.003 visibility range meter with a 100 m measuring model shall be used for
measuring meteorological visibility range not less than 45 m.

29.05.2014
МОСКВА
MOSCOW



А.В. Абрамчев
Председатель
Комиссии МАК
A.V. Abramchev
Chairman
of the IAC Commission